

[NMPA CE]

新型冠状病毒 (2019-nCoV) 核酸检测试剂盒 (荧光PCR法)

新冠肺炎是由新型冠状病毒 (2019-nCoV) 感染导致的一类急性呼吸道疾病，核酸检测是其确诊的重要标准。天隆科技基于多年技术积累，推出新型冠状病毒 (2019-nCoV) 核酸检测试剂盒 (荧光PCR法)，检测精准，结果可靠，操作便捷，用于辅助诊断新冠肺炎。



权威认证

获得中国NMPA注册及欧盟CE认证。



灵敏度高

检测限可低至200 copies/mL。



特异性好


检测新冠病毒的ORF1ab、N基因。



结果可靠

全程内标监控，避免假阴性。

► 检测流程



样本采集



核酸提取




荧光PCR检测




报告出具

► 检测数据展示



阳性



阴性

► 产品信息

短代码	P169	P170
包装规格	50测试/盒	25测试/盒
产品名称	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	
检测靶标	ORF1ab、N、IC	
最低检测限	200 copies/mL	
样本类型	咽拭子、痰液	
储存条件	-20°C±5°C保存，有效期12个月	
适用仪器	天隆全自动医用PCR分析系统（型号：Gentier 96E、Gentier 96R）或同类设备	

西安天隆科技有限公司

地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4266号

电话：+86-29-8221 8051

传真：+86-29-8221 6680

网址：[http:// www.medtl.com](http://www.medtl.com)

苏州天隆生物科技有限公司

地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区7栋5层

电话：+86-512-6252 7726

传真：+86-512-6295 6337

网址：[http:// www.medtl.cn](http://www.medtl.cn)

